

Pojuca, 26 de junho de 2024.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Cuida o presente, de pedido de Esclarecimento ao Edital feito pela empresa **VRM IMPORT LTDA. CNPJ 45.157.605/0001-29**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 023/2024**, cujo objeto - Fornecimento de Equipamentos e Material Permanente Médico/Odontológico (Autoclave, Raio X, Cadeira, Compressor E Ultrasson), para atender as demandas do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e as Unidades Bucal que encontram-se instaladas nas Unidades de Saúde da Família (USF) do Município.

DO PEDIDO

Em todos lotes é citado "Instalação e treinamento quando couber." no final do descritivo, especificamente no lote 1 - autoclave de 30 litros, é um item que tem sua instalação sendo facilitada (somente ligar o equipamento na tomada) e se trata de um equipamento de simples manuseio e sem um treinamento para uso.

Porém, para que possamos participar gostaria de saber se, conforme dito "Instalação e treinamento quando couber." se será necessário instalação e treinamento para o lote 1?

DA RESPOSTA

Em resposta ao questionamento apresentado, informamos que caso exista alguma particularidade na operacionalização do equipamento será necessário o treinamento/instrução do uso correto da autoclave por parte da empresa, evitando a má utilização e conseqüentemente a perda da garantia por mau uso.

Ante o exposto, solicito a Sr. Pregoeira que seja dada prosseguimento ao referido processo licitatório mantendo todos seus atos processuais e legais.

Por fim, nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento que julgue necessário e aproveitamos o ensejo para externar nossa elevada estima e consideração.

Michelle Santos Sá Maia Guimarães
Gestora de Contratos

Rua JJ Seabra, S/N, Centro. Pojuca-BA. Cep: 48120-000.
CNPJ 13.806.237/0001-06 Tel.: (71) 9 91900074
E-mail: dmscontratos@gmail.com