

Pojuca, 05 de agosto de 2024.

PARECER TÉCNICO
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024
LOTE 02

Os responsáveis técnicos do município, no uso de suas atribuições legais vem apresentar parecer técnico referente ao Pregão Eletrônico nº 028/2024, cujo objeto - contratação de empresa para fornecimento de equipamentos oftalmológicos e materiais hospitalares permanentes para atenção especializada em saúde, conforme Emenda Parlamentar de Adolfo Viana nº 38980002 de 2021, para atender as demandas da Policlínica Municipal.

A empresa **ANDES COMERCIAL LTDA CNPJ: 10.242.040-0001-01**, uma das participantes do PE, sendo considerada arrematante do LOTE 02, em cumprimento ao disposto em edital e de acordo com as quantidades e especificações descritas no Termo de Referência, informou o quanto abaixo segue.

Após análise das documentações enviadas através da comissão de licitação, identificamos que os itens ofertados pela empresa arrematante, não atende as exigências do edital. O catálogo do Equipamento apresentado não atende as descrições solicitadas no Termo de Referência, pois na Magnificação, o edital solicita campo de visão com 3 aumentos (10/16/25x), a empresa citada informa os 3 aumentos (6x / 10x / 16x) tornando o Equipamento diferente do que foi solicitado, inapto e desfavorável. Sendo assim, solicitamos pela **DESCCLASSIFICAÇÃO** da referida empresa.



LÂMPADA DE FENDA
VISION BLIII-B

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Microscópio Tipo	Estereoscópico Convergente
Magnificação	3 Aumentos (zoom contínuo) (6X, 10X e 16X)
Oculares	10X ou 12.5X
Magnificação Total e Diâmetro do Campo Visual	6X(Φ35.1) 10X(Φ22.5) 16X(Φ14.1)
Ajuste de Distância Pupilar (DP)	48-85
Ajuste de Dioptria Ocular	-7D a +7D
Comprimento da Fenda (mm)	0 - 14 ajustável
Largura da Fenda (mm)	1 - 14 ajustável
Angulação da Fenda	0 - 180°
Diâmetro do Spot de Iluminação	Φ14, Φ10, Φ8, Φ5, Φ2, Φ1, Φ0.2
Inclinação da Fenda	5°, 10°, 15°, 20°
Filtros	Absorção de Calor, Red-Free, UV, IV, Azul cobalto, Densidade Neutra 13%



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

acordo com todas as legislações e regulamentos vigentes que se apliquem a ele. -Incluso: Todos os impostos e entrega, instalação e treinamento quando couber.				
Doze mil quatrocentos e vinte e dois.				

LOTE 02						
Item	Descrição	Qty	Apres	Marca	Valores	
					Unitário	Total
	LÂMPADA DE FENDA DIGITAL DE MESA 03 AUMENTOS Para exames oftalmológicos com três tamanhos de magnificação; Sistema Óptico binocular, tipo Galileu com níveis de ampliação facilmente acessíveis por rotações de cilindros; Ocular: 12.5X de aumento; Campo de visão de 03 aumentos: 10/16/25x (rotacionais);					

Ativ:
Acess

DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, solicito a Sr. Pregoeira que seja dada prosseguimento ao referido processo licitatório mantendo todos seus atos processuais e legais.

Por fim, nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento que julgue necessário e aproveitamos o ensejo para externar nossa elevada estima e consideração.

Michelle Santos Sá Maia
Gestora de Contratos